



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

☒ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-37/2025

Megtárgyalás módja:	nyílt ülésen
Döntéshozatal:	egyszerű szavazattöbbség

Javaslat

Fogorvosi rendelő kialakításához szükséges eszközök beszerzésével kapcsolatos ajánlatok elfogadására

Készült:	A képviselő-testület 2025. március 27-i képviselő testületi ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szociális Bizottság	Pénzügyi és Település fejlesztési Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>nem</i>	<i>igen</i>	<i>nem</i>
Készítette:	Genyéné Batta Nikoletta		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1. és 2. fogorvosi körzeteket működtető GALAXY-DENT Kft. 2024. június 1-jével felmondta a köztünk fennálló 2017. március 31-én kötött feladatellátási szerződést.

A fogorvosi körzeteket jelenleg dr. Mátyás Mária Melinda fogszakorvos, látja el heti 15-15 órában.

A rendelő, melyben a doktornő rendel az LM-APEX Kft. tulajdonában van, melynek bérleti díja havi 300.000,- Ft.

Az elmúlt hónapok költségeit áttekintve szükségessé vált egy új fogorvosi rendelő kialakítása, mely az önkormányzat tulajdonában lévő Pásztó Semmelweis utca 2 szám alatti gondozóházban kerül kialakításra.

Az új fogorvosi rendelő kialakítására felkértünk egy budapesti céget az AXO-BAU Kft. A cég tevékenységi körébe tartozik a működő fogászati rendelők átalakítása, korszerűsítése új rendelők kialakítása, építése során teljes körű szolgáltatás nyújtása, a tervezés, hatósági- és szakhatósági engedélyeztetés, kivitelezés.

A kiviteli tervek készítése és a hatósági egyeztetések elkezdődtek.

A bérelt fogorvosi rendelőben lévő eszközök az önkormányzat tulajdonát képezik. Jelenleg a rendelőben nincs intraorális röntgen, és a jelenleg használt sterilizáló már nagyon elavult, mely cseréire szorul.

Az eszközök beszerzésére az alábbi ajánlatokat kaptuk:

Intraoralis röntgen (használt, digitális szoftverrel együtt):

Globdent Kft. Bruttó: 2 159 000,- Ft

3D-Davidovics Kft. Bruttó: 2 550 000,- Ft

Intraoralis röntgen Új:

Globdent Kft. Bruttó: 2 924 000,- Ft

Endobolt Kft. Bruttó: 3 300 000,- Ft

Hygoclave (sterilizáló)

Endobolt Kft. Bruttó: 2 514 600,- Ft

Globdent Kft. Bruttó: 2 413 000,- Ft

Ajánlatok 1. sz. melléklet

A tervező céggel folytatott egyeztetés után javaslom a Globdent Kft. által ajánlott használt röntgengép és az új Hygoclave megvásárlását.

Határozati javaslat Fogorvosi rendelő kialakítása

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a fogorvosi rendelő kialakításához szükséges eszközök beszerzésére beérkezett ajánlatok elfogadásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. Jóváhagyja az AXO-BAU Kft.-vel a fogorvosi rendelő kialakítása céljából kötött tervezési szerződést.
2. Felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása esetén az alpolgármestert, hogy a Globdent Kft.-től megrendelje a használt Sirona Heliodent Ds intraoralis röntgent a hozzá tartozó Sirona Xios Xg Supreme intraoralis digitalizálót és a szoftvereket bruttó 2 159 000,- Ft és az új Dürr Hygoclave 40 Plus-t bruttó 2 413 000,- Ft értékben.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Attila polgármester



Farkas Attila
polgármester

A határozati javaslat törvényes!




Dr. Szabó Bence
jegyző



DÜRR HYGOCLAVE 40 Plus: VTSZ: 84192000

Gyártó: DÜRR DENTAL SE

Származási ország: Németország



A B osztályú Hygoclave 40-nel a Dürr Dental megfelel a sterilizációs ciklusok legmagasabb szakmai követelményeinek ezért költséghatékony alapot biztosít a sikeres napi munkavégzéshez.

- Gyors ciklusok (B osztály) és erőteljes szárítási technológia
- Gazdaságos víz és energia fogyasztás

Nagyon könnyű szervizelni és karbantartani

- Moduláris felépítés az egyszerű ellenőrzéshez és javításhoz
- Kopásálló, kiváló minőségű alkatrészek
- Egyszerű és intuitív felhasználói felület

MELAseal 100+ fóliázó komfort tartóval tartozéka

Műszaki adatok

Hygoclave 40 Plus

Tápfeszültség	220V-60 Hz, 230V-50 / 60 Hz, 240V-50 Hz
Maximális áramfelvétel	9,6 A
Maximális fogyasztás	2200 W
Külső méretek (Sz x Ma x Mé)	493 x 484 x 654 mm
Súly	61 kg
Kamra méretei (R x D)	250 x 450 mm
Kamra térfogata	22 l
Kamra anyaga	Rozsdamentes acél
Frissvíz tartály	5,2 l
<u>Maximális terhelés</u>	
Csomagolatlan, terjedelmes rakomány	6,5 kg
Csomagolt, terjedelmes rakomány	4 kg
Porózus terhelés	2 kg
Ciklusidők	

134°C Standard 37 perc

134°C Prionok 48 perc

134°C B osztályú 25 perc

121°C Standard 52 perc

DÜRR HYGOCLAVE 40 Plus nettó ára: 1.900.000,- Ft

Áfa 27%: 513.000,- Ft

Bruttó ár: 2.413.000,- Ft

GlobDent Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 Cégjegyzékszám: Cg.: 13-09-072005
 Adószám: 12131019-2-13
 EU adószám: HU12131019
 Bank: Budapest Bank Rt.
 Számlaszám (Ft): HU33-10103898-55594845-00000007
 EU számlaszám: HU18-10103898-55594800-01000306
 SWIFT: BUDAHUHB

Szerviz és cégekzpont:
 H-2600 Vác
 Szélső sor 43.
 Tel.: +36 27 502 800
 Mobil: +36 30 932 1676
 E-mail: jozsef.kovacs@sirona.hu
 Web: www.globdent.hu
www.sirona.hu

GlobDent Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Céggjegyzékszám: Cg.: 13-09-072005
Adószám: 12131019-2-13
EU adószám: HU12131019
Bank: Budapest Bank Rt.
Számlaszám (Ft): HU33-10103898-55594845-00000007
EU számlaszám: HU18-10103898-55594800-01000306
SWIFT: BUDAHUHB

Szerviz és cégközpont:
H-2600 Vác
Szélső sor 43.
Tel.: +36 27 502 800
Mobil: +36 30 932 1676
E-mail: jozsef.kovacs@sirona.hu
Web: www.globdent.hu
www.sirona.hu

Ajánlattevő: GlobDent Kft.
2600. Vác, Szélső sor 43.
Adószám: 12131019-2-13
Cégjegyzékszám: Cg.: 13-09-072005
Képviseli: Kovács József
jozsef.kovacs@globdent.hu
Ajánlat tárgya: Sirona intraorális röntgen és röntgendifitalizáló XIOS SUPREME ajánlata
Ajánlat időpontja: 2025. március 12.
Címzett: Pásztó Város Önkormányzata
Székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc utca 35.
Adószám: 15735313-2-12 A
Polgármester: Farkas Attila

Tisztelt Ajánlatkérő!

Hivatkozva megkeresésedre a nevezett fogászati eszközre az alábbi ajánlatot adom.
Az ajánlott berendezések német termékek, rendelkeznek CE jelöléssel és mindenféle olyan engedéllyel, hogy Magyarországon forgalomba hozhatóak és üzemeltethetőek legyenek.
Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: CE 0123
Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: DIN EN ISO 9001, DIN EN46001

Nyilatkozunk, hogy


- A GlobDent Kft. fő tevékenysége TEÁOR 47.74'08 Gyógyászati termék kiskereskedelme, valamint az ajánlatban szereplő termékek kereskedői vagyunk, minden jogosultsággal és engedéllyel rendelkezünk. Biztosítjuk a piacon szokásos jótállási és szavatossági feltételeket.
- A GlobDent Kft a Dentsply Sirona gyártó cég hivatalos magyarországi képviselője, rendelkezünk disztribútori szerződéssel.
- A GlobDent Kft az ajánlatban szereplő termékek komplett szervizével rendelkezik, szervízeseinket a Dentsply Sirona gyárában, Németországban képzik ki folyamatosan. Szervízeseink 15-25 éves tapasztalattal rendelkeznek.

Az ár tartalmazza a szállítás és az üzembe helyezés költségeit.

Általános garancia : 12 hó
Kiterjesztett garancia csak a szenzorra 60 hó
Vámtarifaszám: 9022

Szállítási határidő: Rendeléstől számított 4 hét
Fizetési mód: Teljesítés után 8 napos banki átutalással
Ajánlat érvényességi ideje: 30 nap

Sirona HELIODENT DS Intraoralis röntgen (használt)



HELIODENT® DS

Az elegancia és a kényelem megtestesítője

A HELIODENT® DS kicsi, ultrakönnnyű intraoralis röntgen készülék film-alapú és digitális felvételi lehetőségekkel. Borotvaéles képet ad - és ennél fogva elősegíti az optimális diagnosztikai pontosságot. A tagolt tartókar segítségével a röntgenfejet bármilyen pozícióba mozdíthatja. Ez a tartókar sugárzás csökkentő. A felvétel azonnal elkészíthető.

- **Nagy felbontás, maximális kontraszt és kiváló képesség minimális röntgen sugár dózissal is** 60 kV multipulse (sokszoros impulzus) technológiával
- **Gyors és biztonságos beállítás** a könnyű és rugalmas, sugárzás csökkentő, a röntgensugár túlnyomó részét elnyelő tartókarok köszönhetően
- **Gyors és könnyű kezelés** a multifunkcionális, páciens és fog ikonokkal ellátott kezelőpanel segítségével
- **Előre beprogramozható, egyedi meghatározható felvételi idő:**
A film-alapú felvétel készítésről egyetlen gombnyomással átállhat a digitális felvételekre
- **Csökkentett dózis:** a film-alapú módban a bőr felszínét érő sugár dózis 20 %-kal csökkent a multipulse (sokszoros impulzus) technológiának köszönhetően. A SIDEXIS® digitális intraoralis röntgen használatával a dózis több, mint 90%-kal csökkenthető. A párhuzamosítási funkció alapfelszereltség.
- **Opcionálisan rendelhető extra hosszú kar (206 cm):** ideális nagy rendelőkbe
- **Modellek:** Fali modell extra hosszú tartókarral

Sirona HELIODENT DS nettó ára	:	500.000,- Ft
Áfa 27%	:	135.000,- Ft

Összesen bruttó	:	635.000,- Ft
Új készülék bruttó ára	:	1.400.000,- Ft


GlobDent Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: Cg.: 13-09-072005
Adószám: 12131019-2-13
EU adószám: HU12131019
Bank: Budapest Bank Rt.
Számlaszám (Ft): HU33-10103898-55594845-00000007
EU számlaszám: HU18-10103898-55594800-01000306
SWIFT: BUDAHUHB

Szerviz és cégközpont:
H-2600 Vác
Szélső sor 43.
Tel.: +36 27 502 800
Mobil: +36 30 932 1676
E-mail: joszef.kovacs@sirona.hu
Web: www.globdent.hu
www.sirona.hu

Sirona XIOS XG Supreme intraorális digitalizáló /VTSZ: 9022/: ÚJ

Gyártó: Dentsply Sirona

Származási ország: Németország



XIOS XG Supreme szenzor: rendkívüli képminőség.

Az új XIOS XG Supreme szenzorok segítségével modern intraorális röntgen felvételek készíthetők a legmagasabb színvonalon. Ez a rendkívüli képminőségnek köszönhető, melyet a cézium jodid réteg és a dinamikus fókusz biztosít. A könnyen cserélhető kábel is hozzájárult ahhoz, hogy a XIOS XG Supreme vezető helyre került a röntgen szenzorok közt.

- Rendkívüli képminőség
- Dinamikus fókusz
- Könnyen cserélhető kábel
- Három szenzor méret

Miből ered az új képminőség?

A XIOS XG Supreme egy speciális CsI szcintillátor anyaggal van ellátva. Ez a CMOS-APS (Aktív Pixel Szenzor) technológiával ötvözve rendkívül alacsony zajszintet és magas kontrasztot eredményez. Mostantól a dinamikus fókusz segítségével négy diagnosztikai beállítás érhető el a fogorvosok számára az élesség, a fényerő és a kontraszt egyedi konfigurálásával, amivel sok időt megtakaríthat a későbbi diagnózis felállításánál.

Ragyogó képminőség

- CMOS-APS (Aktív Pixel Szenzor) technológia
- Pixel méret: 15 µm
- Szenzor felbontás: 33,3 lp/mm
- Cézium jodid szcintillátor (CsI)
- Dinamikus fókusz négy diagnosztikai gombbal

Könnyen cserélhető kábel. Biztonságos befektetés.

Egy törött kábel cseréjéhez a fogorvosnak mindössze két csavart kell meglazítania. A helyszínen megoldható gyors és könnyű csere még több védelmet kínál befektetése számára.

A szenzor külső méretei

Szenzor méret 1: 25,3 × 38,4 × 6,7 mm

SIDEXIS 4 Magyar nyelvű nyilvántartó szoftverrel

XIOS XG Supreme USB	Nettó ár:	1.200.000,- Ft
	Áfa 27%:	324.000,- Ft
<hr/>		
	Bruttó ár:	1.524.000,- Ft

Tisztelettel:

Kovács József
Ügyvezető Ig.

GlobDent Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: Cg.: 13-09-072005
Adószám: 12131019-2-13
EU adószám: HU12131019
Bank: Budapest Bank Rt.
Számlaszám (Ft): HU33-10103898-55594845-00000007
EU számlaszám: HU18-10103898-55594800-01000306
SWIFT: BUDAHUHB

Szerviz és cégközpont:
H-2600 Vác
Szélső sor 43.
Tel.: +36 27 502 800
Mobil: +36 30 932 1676
E-mail: jozsef.kovacs@sirona.hu
Web: www.globdent.hu
www.sirona.hu



ENDOBOLT.HU

Minden ami a gyökérkezeléshez kell

INFOVONAL: +36 1 240 0027

ENDOBOLT KFT. H - 1039 Budapest, Szentendrei út 385.
Telefon: +36 1/240-00-27 Mobil: +36 20/335-05-21
www.endobolt.hu - info@endobolt.hu

Hivatalos árajánlat


Címzett: Balanyi Dóra

Ajánlattevő neve: ENDOBOLT Kft. Képviselet Gyarmati Mátyás ügyvezető
Ajánlattevő címe: 1039 Budapest, Szentendrei út 385.
Ajánlattevő telefonszáma, faxszáma: Tel: +36 1 240 00 27, Fax: +36 1 430 06 08
Ajánlattevő e-mail címe: info@endobolt.hu

Tárgy: Lara RIL-122 / RIL-117

- Kamraméret: 17 vagy 22 liter
- Színes érintőkijelző
- Ergonómikus, könnyen kezelhető
- High-end nyomtató (Opcionális)
- Automata vízellátás és leeresztés (Opcionális)
- Software-esen fejleszhető - Aktiváló kód rendszer

Lara 17 Liter - Bruttó ár: 2.641.600 Ft
Lara 22 Liter - Bruttó ár: 2.514.600 Ft



Aktiváló kódok (Opcionális)

- **Performance:** Eco Dry + funkció elérése, mely a szárítási fázist automatikusan igazítja a töltet mennyiségéhez, ezzel időt és energiát spórolva.
- **Fast Cycle:** 20 perces ciklus elérése, csomagolás nélküli, félkritikus besorolású töltethez.
- **Traceability:** Jelszavas személyi azonosítás elérése a követhető ciklusokhoz.
- **All in One:** Elérheti mindhárom extra funkciót egyszerre.



Performance



Fast Cycle



Traceability



All in One

Bruttó ár / db: 108.356 Ft
All in One Bruttó ár : 3 x 108.356 Ft

Ajánlat érvényessége a kiadástól számított: 30 nap

Megrendelés: Írásos formában, szerződéses alapján

Szállítás: max 45 nap

Fizetés: szállítást követően, számla ellenében, 8 napos átutalással

Kereskedői státuszra vonatkozó nyilatkozat: Alulírott nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás az érintett eszköz kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, fő tevékenysége szerint kereskedőnek minősülő szállító.

Termék állapotára vonatkozó nyilatkozat: Alulírott nyilatkozom, hogy az általam eladásra kínált eszköz új, használatban nem volt még.

Adótartozásra vonatkozó nyilatkozat: Alulírott nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozásnak nincs semmilyen jellegű lejárt adótartozása.

Üdvözlettel, a sikeres együttműködés reményében,

Gyarmati Mátyás

Budapest, 2025.03.06.



ENDOBOLT.HU

Minden ami a gyökérkezeléshez kell

INFOVONAL: +36 1 240 0027

ENDOBOLT KFT. H - 1039 Budapest, Szentendrei út 385.

Telefon: +36 1/240-00-27 Mobil: +36 20/335-05-21

www.endobolt.hu - info@endobolt.hu

Hivatalos árajánlat

Címzett: Balanyi Dóra

Ajánlattevő neve: ENDOBOLT Kft. Képviselet Gyarmati Mátyás ügyvezető

Ajánlattevő címe: 1039 Budapest, Szentendrei út 385.

Ajánlattevő telefonszáma, faxszáma: Tel: +36 1 240 00 27, Fax: +36 1 430 06 08

Ajánlattevő e-mail címe: info@endobolt.hu


Tárgy: Intraorális röntgen és digitalizáló szenzor

Heliodent Plus intraorális röntgen:

A Heliodent Plus nagyfrekvenciás, intraorális röntgen film-alapú és digitális felvételek készítésére tervezték. A könnyen érthető felhasználói felület lehetővé teszi a sugárdózis páciensorientált beállítását.



Választható karhossz:

2040 mm (XL) / 1790 mm (L) / 1500 mm (M)



Xios XG Supreme röntgendifigitalizáló szenzor:

- Sidexis 4 software
- Dinamikus élességváltás
- 4 előre programozott vizsgálati filter mód
- Cserélhető kábel
- Elméleti felbontás → 33,3 lp/mm
- Mért felbontás → 28 lp/mm
- Pixel méret → 15 µm
- Választható szenzorméret:
Size 0: 18 x 24 mm
Size 1: 20 x 30 mm
Size 2: 25,6 x 36 mm



Heliodent Plus + Xios XG Supreme USB + Sidexis 4 Software

Bruttó ár: 3.300.000 Ft

A készülékek működtetéséhez számítógép szükséges!


Ajánlott konfiguráció: Win10 64bit, 4-8GByte RAM, 128GByte SSD meghajtó

Kiegészítő szenzorpozicionáló ajánlat

Bruttó ár: 84.697 Ft

Super-Bite Senso Assorted kit

- 2 db Anterior szenzor pozicionáló
- 2 db Posterior szenzor pozicionáló
- 2 db Röntgensugár középpontosító



Ajánlat érvényessége: 30 nap

Megrendelés: Írásos formában, szerződés alapján

Szállítás: 45 nap

Fizetés: szállítást követően, számla ellenében, 8 napos átutalással

Kereskedői státuszra vonatkozó nyilatkozat: Alulírott nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás az érintett eszköz kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, fő tevékenysége szerint kereskedőnek minősülő szállító.

Termék állapotára vonatkozó nyilatkozat: Alulírott nyilatkozom, hogy az általam eladásra kínált eszköz új, használatban nem volt még.

Adótartozásra vonatkozó nyilatkozat: Alulírott nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozásnak nincs semmilyen jellegű lejárt adótartozása.

Üdvözlettel, a sikeres együttműködés reményében,

Gyarmati Mátyás

Budapest, 2025.03.06.

2025 JAN 14
JL

Tárgy: Fwd: Árajanlat - Vatech falikaros röntgen+digitalizáló szenzor

Feladó: Farkas <furet67@gmail.hu>

Dátum: 2025. 01. 13. 19:05

Címzett: <forum@paszto.hu>

Polgármesteri Hivatal Központi Iktató Osztály	
Érkezett:	2025. 01. 14. hó nap.
Szám: 254-5	Előszáma:
Kelt: 2025. 01. 14.	Ügyintéző: [Signature]

----- Eredeti üzenet -----

Tárgy:Árajanlat - Vatech falikaros röntgen+digitalizáló szenzor

Dátum:Mon, 13 Jan 2025 10:28:43 +0100

Feladó:KusaiM 3DDavidovics <3d.kusai@gmail.com>

Címzett:Farkas Attila polg mester <furet67@paszto.hu>

Tisztelt Polgármester úr;

Szíves érdeklődésére elkészítettük árajanlatunkat az általunk forgalmazott fogászati intraorális röntgenre és digitalizáló szenzorra, melyet mellékelten csatolunk.

Bármilyen kérdése felmerül az ajánlattal kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésükre.

Davidovics úr elérhetősége: +36-209326652

Üdvözlettel

Kusai Monika

3D-Davidovics Kft.

— Mellékletek: —

Pásztó Város Önkormányzata - Vatech EzRay Air W és EzSensor Ajánlat.pdf

545 KB



3D-DAVIDOVICS Kft.
1091 Budapest, Üllői út 113. f.3.
Telefon: 216-5040, 216-6380 fax: 216-6380
E-mail: rontgen@3d-davidovics.hu, 3dbtdd@gmail.com
web: www.3d-davidovics.hu, www.panoramarentgen.hu

Ajánlatkérő:

Pásztó Város Önkormányzata
Székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc utca 35.
Adószám: 15735313-2-12
Cégjegyzékszám, nyt szám: 735319

Polgármester: Farkas Attila

Ajánlat kibocsátó:

3D-Davidovics Kft.
1091 Budapest, Üllői út 113. fszt.3.
Adószám: 24756190-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-180665


ügyvezető: Davidovics Dávid

Árajánlat

Tisztelt Polgármester úr.


Köszönjük szíves érdeklődését az általunk forgalmazott fogászati röntgenek iránt. A szakmai kritériumoknak megfelelően az alábbi, cégünk által forgalmazott fogászati berendezést ajánljuk figyelmébe:

1 db Vatech EzRay Air W fali intraorális röntgenkészülék



Hálózati feszültség	230 V \pm 10%
Gyújtópont	0,4 mm
Kimeneti teljesítmény	Maximum 500W
Csőfeszültség	65 kV
Anódáram	3 mA
Felvételi idő	0,04- 2 sec.
Teljes szűrés	2 mm Al
Üzemi hőmérséklet	10-40 C°
Környezeti páratartalom	30 – 75 %
Súlya	Falikaros összsúly 25,9 kg; fej: 2,4 kg! (legrövidebb karral)

Választható karhossz: 450 mm, 600 mm, 900 mm. A berendezés rendelkezik CE minősítéssel, megfelel a vonatkozó Európai Unió szabályoknak és irányelveknek. **Garancia: 60 hónap**



3D
davidovics

3D-DAVIDOVICS Kft.

1091 Budapest, Üllői út 113. f.3.

Telefon: 216-5040, 216-6380 fax: 216-6380

E-mail: rontgen@3d-davidovics.hu, 3dbtdd@gmail.com

web: www.3d-davidovics.hu, www.panoramarentgen.hu

Megnevezés, Típus	VTSZ/ TESZOR	Menny. (db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
Vatech EzRay Air W falikaros intraorális röntgen	9022	1	1 062 992,-	1 062 992,-	287 008,-	1 350 000,-
Összesen				1 062 992,-	287 008,-	1 350 000,-

Gyártó: Vatech Co., Ltd

származási ország: Dél-Korea

Az intraorális röntgenfelvételek digitalizálásához a következő általunk forgalmazott digitalizáló eszközöket ajánljuk:

1 db EzSensor HD 1,5 intraorális digitalizáló szenzor

Jelenleg a világ legvékonyabb szenzora, csupán 4,8mm!

Lekerekített szélek a kényelmes pozicionálásért

Felbontás: 33,78 lp/mm


Pixel: 14,8 µm

Kábelhossz: 2,7m (hosszabbítható)

Méret: 29,2 x 39,5 mm

Aktív terület: 24 x 33 mm

Direkt USB csatlakozás (jelátalakító nélkül)



Tartalmazza a szállítást, telepítést, betanítást, 3 db EzDent-I képkezelő szoftvert, 3 db páciens tájékoztató animációs videó csomagot.

Garancia: EzSensor HD: 5 év teljeskörű garancia / kivéve a nem rendeltetésszerű használat során keletkezett sérüléseket /

Megnevezés, Típus	VTSZ/ TESZOR	Menny. (db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
Vatech EzSensor HD digitalizáló	9022	1	944 882,-	944 882,-	255 118,-	1 200 000,-
Összesen				944 882,-	255 118,-	1 200 000,-

Gyártó: Rayence/Vatech Co., Ltd

Származási ország: Dél-Korea

Szállítási és fizetési feltételek:

Szállítási határidő: jelenleg a megrendeléstől számított 2-4 hét
Árajánlatunk 415,- Ft / Eur árfolyamig érvényes.



3D-DAVIDOVICS Kft.
1091 Budapest, Üllői út 113. f.3.
Telefon: 216-5040, 216-6380 fax: 216-6380
E-mail: röntgen@3d-davidovics.hu, 3dbtdd@gmail.com
web: www.3d-davidovics.hu, www.panoramarentgen.hu

Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az árajánlatban szereplő berendezések/hardverek/eszközök kereskedelmével foglalkozom, a kapcsolódó tevékenységem: TEÁOR'25 4774'25 Gyógyászati termék kiskereskedelme

Minden berendezés, illetve azok alkatrészei újak, használatban nem voltak, valamint eredeti gyári csomagolásban kerülnek a megrendelőhöz. Gyártási év: 2024/2025

Minden termék CE jelöléssel rendelkezik, illetve megfelel az ide vonatkozó 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendeletben leírtaknak.

Budapest, 2025. január 13.

Üdvözlettel

3D-DAVIDOVICS Kft.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Davidovics', written over a horizontal line.

Davidovics Dávid
ügyvezető

